

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 10148/46/2019-44366/2019

Banská Bystrica 20. 12. 2019



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor inšpekcie biologickej bezpečnosti, ako príslušný orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 23 a § 25 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ukladá účastníkovi konania:

Centrum biovied Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9

840 05 Bratislava

IČO: 00490890

p o v i n n o s ť

v lehote do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia odstrániť nedostatok, ktorým je nezabezpečenie úrovne ochrany zodpovedajúcej rizikovej triede a z nej vyplývajúcej požiadavky pre uzavreté priestory a ochranné opatrenia uvedené v Prílohe č. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 399/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov v uzavretých priestoroch Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava, pre ktoré bol vydaný súhlas na používanie genetických technológií, geneticky modifikovaných organizmov a geneticky modifikovaných mikroorganizmov zatriedených do rizikovej triedy 2.

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica vykonal dňoch od 06.03.2019 do 29.07.2019 v Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky, ktorý je organizačnou zložkou Centra biovied Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava kontrolu zameranú na dodržiavanie povinností používateľa pri používaní genetických technológií, geneticky modifikovaných organizmov a geneticky modifikovaných mikroorganizmov uvedených v § 8 až § 14 zákona č. 151/2002 Z.z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 151/2002 Z.z.“) a prílohy č. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 399/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 399/2005 Z.z.“) v uzavretých priestoroch Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky zatriedených do rizikovej triedy 2.

Vykonanou kontrolnou činnosťou Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica v Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky, Centra biovied Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava zistil nedostatok v činnosti používateľa v zmysle § 25 ods. 4 zákona č. 151/2002 Z.z., a to nezabezpečenie úrovne ochrany zodpovedajúcej rizikovej triede a z nej vyplývajúcich požiadaviek na uzavreté priestory a jednotlivé ochranné opatrenia podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 399/2005 Z.z. Týmto nedostatkom je nesplnenie kontrolných a ochranných opatrení vyžadovaných pre úroveň ochrany 2, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky č. 399/2005 Z.z., podľa ktorej sa vyžaduje, aby autokláv bol v budove (8.bod) a aby geneticky modifikované mikroorganizmy v kontaminovanom materiáli a v odpade boli inaktivované (18.bod).

Kontrolné zistenia sú uvedené v Protokole o výsledku kontroly č.46/009/19/UP-P RZ č.3979-11860/46/2019/Sch (ďalej len „protokol o kontrole“), ktorý bol s kontrolovaným používateľom genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov a mikroorganizmov prerokovaný dňa 29.07.2019. Kontrolovaný používateľ genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov a mikroorganizmov vo vyjadrení k výsledku kontroly uviedol vysvetlenia a skutočnosti, ktoré viedli k uvedenému stavu a opatrenia, ktoré prijal na odstránenie zisteného stavu. Neopodstatnenosť námietok bola kontrolovanému subjektu oznámená listom RZ č. 3979-25888/46/2019/Sch zo dňa 22.07.2019. Opodstatnené námietky boli zohľadnené v Dodatku k protokolu o výsledku kontroly RZ č. 3979/46/2019/Sch-27474/2019 zo dňa 29.07.2019, s ktorým bolo Centrum biovied SAV oboznámené dňa 29.07.2019. Dodatok k protokolu bol prerokovaný spolu s Protokolom o výsledku kontroly č. 46/009/19/UP-P dňa 29.07.2019.

Listom RZ č. 10148/46/2019-44219/2019 bolo dňa 26.11.2019 Centru biovied SAV oznámené začatie správneho konania vo veci uloženia povinnosti odstrániť nedostatok, ktorým je nezabezpečenie úrovne ochrany zodpovedajúcej rizikovej triede, ktorú upravuje § 25 ods. 4 zákona č. 151/2002 Z.z. Centrum biovied SAV bolo v liste poučené o práve vyjadriť sa k začatiu konania a k veci samotnej, prípadne navrhnúť dôkazy, ktoré sú mu známe. Centrum biovied SAV nenavrholo

žiadne ďalšie dôkazy a ani sa k začatiu konania a k veci samotnej počas zisťovania podkladov pre rozhodnutie nevyjadrilo.

Z uvedených dôvodov IŽP Banská Bystrica realizuje svoju povinnosť upravenú § 25 ods. 4 zákona č. 151/2002 Z. z. **uložiť** kontrolovanému používateľovi genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov **povinnosť v určenej lehote odstrániť kontrolnou činnosťou zistené nedostatky**.

Poučenie :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor inšpekcie biologickej bezpečnosti odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ

Doručuje sa :

1. Centrum biovied SAV, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava

Na vedomie:

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava